

For Vægtlobder paa	50	Kilogram	..	5	Gram.	
—	20	—	..	3	—	
—	10	—	..	2	—	
—	5	—	..	1 ₂	—	
—	2	—	..	800	Milligram.	
—	1	—	..	500	—	
—	500	Gram	..	150	—	for Tjernlobder.
—	200	—	..	100	—	300 mg.
—	100	—	..	60	—	200 —
—	50	—	..	40	—	130 —
—	20	—	..	25	—	
—	10	—	..	15	—	
—	5	—	..	10	—	
—	2	—	..	6	—	
—	1	—	..	4	—	

b. Fin Justering.

§ 31.

Foruden Vægtlobder af de i § 25 nævnte Størrelser justeres endvidere Lodder paa 500, 200, 100, 50, 20, 10, 5, 2 og 1 Milligram.

§ 32.

For fint justerede Vægtlobder gjælde de i §§ 26—29 for almindelige Vægtlobder anførte Bestemmelser med følgende Ændringer og Tilføjninger:

- Som Materiale kan ogsaa anvendes Platin, Aluminiumbronce og ved Lodder fra 500 Milligram og nedefter Aluminium. Tjern maa ikke anvendes.
- Lodder fra 1 til 500 Gram ere cylindriske med større Diameter end Højde og forsynede med en foroven flad Knap.
- Lodder paa 500 Milligram og nedefter ere pladeformede med opadbøjet Side eller Hjørne; de betegnes med et Tal, der kan efterfølges af mg. For de saakaldte Analysevægtlobders Bedkommende justeres tillige et pladeformet Lod paa 1000 Milligram (1 Gram).

§ 33.

Den tilladelige Afvigelse er følgende:

For Vægtlobder paa	50	Kilogram	..	600	Milligram.
—	20	—	..	300	—
—	10	—	..	200	—
—	5	—	..	150	—
—	2	—	..	100	—
—	1	—	..	70	—
—	500	Gram	..	50	—
—	200	—	..	30	—
—	100	—	..	20	—