

Med bemærkning, at landbrugsministeriet kan tiltræde planteavlssudvalgets forslag om anvendelse af 8 000 kr. til udskiftning af vognen, skal jeg anmode det ærede finansudvalg om på mine vegne ved 3. behandling af forslag til finanslov for finansåret 1958-59 at ville stille det ovenfor stående ændringsforslag.

- d. Det bemærkes, at finansministeriet har givet sin tilslutning til forslaget fremsættelse.

KARL SKYTTE

/ C. Th. Holbøll.

Til finansudvalget.

*Forslaget tiltrædes.*

### 38

Landbrugsministeriet. København, den 19. december 1957.

- a. Ændringsforslag til forslag til finansloven for finansåret 1958-59 § 11.  
 b. 1) § 11 III. G. 1. a. 5.  
 Inventar . . . . . 114 000 kr.  
 2) § 11 III. G. 1. a. 6.  
 Bygningsudgifter . . . . . 26 000 kr.

- c. ad 1) og 2). Statens husdyrbrugsudvalg har over for landbrugsministeriet indstillet, at det på landøkonomisk forsøgslaboratorium værende respirationsanlæg udbygges, således at det kan tages i brug til respirationsforsøg med svin.

Det er ved respirationsforsøg muligt ved måling af svinenes varmeproduktion samt protein og fedtaflejring at skabe et eksakt grundlag til vurdering af, hvilke foderkombinationer og normer det er mest økonomisk at anvende under hensyn til de kvalitetskrav, der stilles på markedet. Eksakte målinger kræver imidlertid, at respirationsforsøgene foretages under sådanne forhold, at luftens kulstyreindhold i respirationskammeret kan holdes på et passende lavt niveau, og at luftens temperatur og fugtighed kan reguleres. Det på dyrefysiologisk afdeling forefindende apparatur, der har været benyttet i 40 år, og som er det eneste her i landet, opfylder ikke disse krav, hvorfor en ændring af apparaturet må anses for påkrævet, hvis det skal opfylde sit formål.

Samtidig med forslaget om udbygning af det forefindende apparatur er der stillet forslag om en række installationer, der gør apparaturet automatisk og selvregistrerende, hvorved der vil kunne spares ret betydelige årlige udgifter til vagt-tjeneste og analyser.

Udgifterne ved apparaturets udbygning fordeler sig således:

|  |            |
|--|------------|
| 1) Vakuumpumper, gasmålere, ventilatorer . . . . . | 85 000 kr. |
| 2) Luftanalyseapparater (automatiske) . . . . .    | 20 000 -   |
| 3) Registreringsapparater (automatiske) . . . . .  | 9 040 -    |
| 4) Bygningsændringer m. v. . . . .                 | 16 420 -   |
| 5) Uforudselige udgifter . . . . .                 | 9 540 -    |

I alt . . . 140 000 kr.

Med hensyn til det stillede forslag om bygningsændringer bemærkes, at de til respirationsforsøgene knyttede svinestalde er meget uhensigtsmæssige. De er således meget fugtige på grund af manglende ventilation, og gulvene er kolde og er dertil efterhånden blevet så glatte, at svinene glider på dem og pådrager sig beskadigelser. Dette har medført, at forsøgsdyrene har måttet udtages af forsøgene, hvor-