

De 198.800 kr. fremkommer som  $\frac{4}{5}$  af den ovenfor under 2 anførte udgift 168.800 kr. samt 30.000 kr. af den ovenfor under 1 og under 4 anførte udgift. Herefter søges på konto § 13.5.33.32. Overordentlige bygningsudgifter, bevilget restbeløbet 95.700 kr.

Indenrigsministeriet og sundhedsstyrelsen kan ganske tiltræde, at der i finansåret 1964-65 etableres et nødleværk på fødselsanstalten i Jylland.

d. Finansministeriets tilslutning foreligger.

LARS P. JENSEN

Til finansudvalget.

/ T. Wedel-Heinen.

*Forslaget tiltrædes.*

## 67

Indenrigsministeriet. København, den 7. februar 1964.

a. Ændringsforslag til forslag til finanslov for finansåret 1964-65 § 13. Indenrigsministeriet.

b. 5.34. Finseninstitutet og radiumstationen samt Kysthospitalet på Refsnæs.

	R.	B.	F.
31. Vedligeholdelse af bygninger og tekniske anlæg...	0	0	126.000
55. Køb og vedligeholdelse af inventar.....			68.000 kr.

Ad 31. Coboltkilden i det i 1961 til radiumstationen anskaffede telecobolt-behandlingsapparat af typen „Mobaltron“ er henfaldet så meget, at antallet af patienter, der kan behandles, bliver for lille som følge af de længere bestrålingstider, der er nødvendige. Den nu anvendte strålekilde vil imidlertid efter en ombygning kunne anvendes i det telecoboltapparat af typen „Stabilatron 75“, som agtes anskaffet i 1964, og hvortil bevilling agtes søgt ved ændringsforslag til finanslov for finansåret 1964-65, jfr. indenrigsministeriets skrivelse til finansudvalget af 22. januar 1964. I sidstnævnte anskaffelsesudgift indgår udgiften til strålekildeanskaffelse med 175.000 kr. Udgiften til anskaffelse af ny strålekilde til „Mobaltron“-apparatet andrager 257.000 kr., og ombygningsudgiften vedrørende den henfaldne strålekilde andrager 44.000 kr. eller i alt 301.000 kr. Af denne udgift er ombygningen en éngangsudgift, og man vil fremtidig kunne holde de 2 apparater forsynet med kilder ved anskaffelse af 1 kilde hvert 3. år. Efter fradrag af den ovennævnte bevilling på 175.000 kr. vil nettoudgiften ved anskaffelse af ny strålekilde til „Mobaltron“-apparatet herefter andrage 126.000 kr.

Ad 55. På finanslov for finansåret 1963-64 er der til udskiftning af tælleudstyr til måling af J. 131 på medicinsk isotoplaboratorium bevilget 10.000 kr. Siden denne bevilling søgtes, er der imidlertid fremkommet et apparatur, der gør det bevilgede forældet, hvorfor anskaffelsen foreslås udskudt til finansåret 1964-65 og bevillingen forhøjet med 15.000 kr. til 25.000 kr.

Endvidere foreslås anskaffet en Colimator „75“ til det i 1961 til radiumstationen anskaffede telecoboltbehandlingsapparat af typen „Mobaltron“. Den foreslåede anskaffelse, der vil medføre en udgift på 43.000 kr., er et nykonstrueret blendersystem, der forenkler indstillingsarbejdet, der hidtil har været meget besværligt og tidrøvende.

d. Finansministeriets tilslutning foreligger.

LARS P. JENSEN

Til finansudvalget.

/ T. Wedel-Heinen.

*Forslaget tiltrædes.*