

forhandlere på Bornholm må siges at have taget et afbalanceret hensyn såvel til øens indbyggere som til de økonomiske forhold i sagen.

Spm. nr. S 2305

Til sundhedsministeren (10/8 95) af:

Tove Fergo (V):

»Københavns børne- og ungdomsklinikker autoklaverer (varmebehandler) hånd- og vinkelstykker efter hver patient, således at risikoen for at overføre leverbetændelse og AIDS elimineres. Hvorledes bliver dette praktiseret i de forskellige kommuner, og hvad er Sundhedsstyrelsens holdning hertil?«

Svar (17/8 95)

Sundhedsministeren (Yvonne Herløv Andersen):

Sundhedsstyrelsen har til brug for min besvarelse oplyst følgende, hvortil jeg kan henholde mig:

Den normale procedure på tandklinikker er at gennemspule og desinficere overfladerne på de anvendte hånd- og vinkelstykker efter behandlingen af en patient.

Sundhedsstyrelsen finder ikke, at der af hensyn til forebyggelse af kendt blodbåren smitte – herunder AIDS og smitsom leverbetændelse (hepatitis-B) – er grund til at ændre de gældende procedurer om desinficering af turbiner samt hånd- og vinkelstykker, idet den teoretiske risiko for at overføre AIDS og leverbetændelse fra patient til patient via tandlægers instrumenter aldrig har kunnet konstateres i praksis.

Sundhedsstyrelsen finder det imidlertid hensigtsmæssigt, at man overvejer, om man kan overgå til en procedure, hvor alle instrumenter, som anvendes i mundhulen, steriliseres efter behandlingen af en patient, idet instrumenter og andet udstyr, der genanvendes, principielt bør behandles på en sådan måde, at smitstof ikke kan overføres, selv om risikoen for smitteoverførsel er helt ukendt eller kun beskrevet som en teoretisk mulighed.

Sundhedsstyrelsen forventer, at de senere års tekniske landvindinger udnyttes og videreudvikles, således at der på en hensigtsmæssig og rationel måde sker en gradvis overgang til ruti-

nemæssig sterilisering af alle instrumenter, som anvendes i mundhulen.

Det er telefonisk oplyst over for Sundhedsstyrelsen, at Københavns kommunale tandpleje har til hensigt at indføre autoklavering af hånd- og vinkelstykker efter behandlingen af en patient, så snart Københavns Kommune kan bevilge de nødvendige midler hertil. Autoklavering er således ikke i dag indarbejdet i klinikkernes rutiner.

Sundhedsstyrelsen er bekendt med, at mange andre kommunale tandplejer har til hensigt at indføre autoklavering af hånd- og vinkelstykker, når det bliver praktisk og økonomisk muligt, men Styrelsen er ikke vidende om, hvor langt man er nået med dette arbejde i de enkelte kommuner.

Sundhedsstyrelsen har i øvrigt henvist til, at Styrelsen i meddelelse af 21. december 1993 til landets tandlæger har udsendt retningslinjer for rengøring og sterilisering af turbiner samt hånd- og vinkelstykker. Sundhedsstyrelsen har siden udsendelsen af nævnte meddelelse ikke modtaget oplysninger, der giver Styrelsen grundlag for at ændre de udsendte retningslinjer.

Spm. nr. S 2502

Til sundhedsministeren (30/8 95) af:

Tove Fergo (V):

»Vil ministeren oplyse, hvordan medicinforbruget har været på de psykiatriske afdelinger inden for de sidste 10 år, opgjort for de enkelte hospitaler, samt udgifterne hertil?«

Svar (8/9 95)

Sundhedsministeren (Yvonne Herløv Andersen):

Jeg har forelagt spørgsmålet for Sundhedsstyrelsen, der har oplyst følgende, som jeg kan henholde mig til:

Oplysninger om medicinforbruget 10 år tilbage i tiden kan kun gives på grundlag af data fra Dansk Lægemedelstatistik (DLS).

DLS indsamler data om salget af lægemidler fra grossister til de enkelte apoteker, herunder sygehusapoteker. Forbruget på de sygehuse, som ikke har eget sygehusapotek, og som får